

ONETOUCH^{MC} VERIO^{MC} – Mesure de la glycémie

JUIN 2012

Marque de commerce : OneTouch Verio

Dénomination commune : Réactif quantitatif du glucose dans le sang

Fabricant : Lifescan

Forme : Bandelette

Avis de refus (format de 50 bandelettes)

DESCRIPTION DU MÉDICAMENT

Le système OneTouch^{MC} Verio^{MC} est un système qui détermine quantitativement la concentration de glucose dans le sang entier grâce à la technologie de l'ampérométrie. Plusieurs bandelettes de mesure de la glycémie sont actuellement inscrites sur la *Liste de médicaments* du régime général. Les divers systèmes de mesure de la glycémie sont dotés de caractéristiques qui les différencient les uns des autres. Il s'agit de la première demande d'évaluation pour le format de 50 bandelettes de OneTouch^{MC} Verio^{MC} par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

BREF HISTORIQUE

Octobre 2011 Inscription à la *Liste de médicaments* du régime général de OneTouch^{MC} Verio^{MC} en format de 100 bandelettes

VALEUR THÉRAPEUTIQUE

Lors de l'évaluation précédente, la valeur thérapeutique de OneTouch^{MC} Verio^{MC} a été reconnue par l'INESSS. L'exactitude et la précision de ce système de mesure ont été évaluées. Les résultats des tests correspondent aux normes fixées pour ces appareils.

JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L'EFFICACITÉ

Le prix par bandelette OneTouch^{MC} Verio^{MC}, pour le nouveau format de 50 bandelettes, est de 0,80 \$. Actuellement, le prix unitaire des bandelettes inscrites à la *Liste de médicaments* varie de 0,40 \$ à 0,82 \$.

Le coût moyen pondéré de l'ensemble des bandelettes de mesure de la glycémie inscrites à la *Liste de médicaments*, selon les statistiques de facturation à la RAMQ pour l'année 2011, est de 0,74 \$ par bandelette. Le coût de la bandelette OneTouch^{MC} Verio^{MC} pour le nouveau format est supérieur au coût moyen pondéré et est ainsi jugé trop élevé. En conséquence, l'INESSS est d'avis que le nouveau format de la bandelette de glycémie OneTouch^{MC} Verio^{MC} ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique.

CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES)

Outre les considérations et éléments d'information présentés précédemment, aucun autre point n'a été retenu.

Veillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le fabricant et qui sont jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (L.R.Q., chapitre A-2.1).

RECOMMANDATION

En tenant compte de l'ensemble des critères prévus à la Loi, l'INESSS recommande de ne pas inscrire la bandelette de glycémie OneTouch^{MC} Verio^{MC} en format de 50 bandelettes sur la *Liste de médicaments* du régime général.

Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées.

Veillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le fabricant et qui sont jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (L.R.Q., chapitre A-2.1).