

RESTORE INTERFACE^{MC} ET RESTORE INTERFACE FLEX^{MC} – Traitement des plaies

OCTOBRE 2012

Marques de commerce : Restore Interface et Restore Interface Flex

Dénomination commune : Pansement interface – polyamide ou silicone

Fabricant : Hollister

Forme : Pansement

Teneurs : Surface active de 100 cm² à 200 cm², de 201 cm² à 500 cm² ou de plus de 500 cm²

Avis de refus – Valeur thérapeutique

DESCRIPTION DU MÉDICAMENT

Restore Interface^{MC} et Restore Interface flex^{MC} sont des pansements non adhésifs constitués de particules d'hydrocolloïdes mélangées à de la vaseline. L'usage de ces pansements est actuellement reconnu pour faciliter le traitement des personnes souffrant de brûlures graves très douloureuses. L'avantage principal de ceux-ci est de réduire la douleur lors des changements de pansements. Il s'agit de la deuxième évaluation de la gamme Restore Interface^{MC} et de la première évaluation des pansements Restore Interface flex^{MC} par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

BREF HISTORIQUE

Février 2010 Avis de refus – Valeur thérapeutique pour Restore Interface^{MC}

VALEUR THÉRAPEUTIQUE

De l'avis d'experts, ces pansements présentent des propriétés favorables pour un usage sur des plaies à risque de saignement et permettent de réduire la douleur lors des changements de pansements. Ils peuvent être laissés en place jusqu'à sept jours comme les pansements interface de silicone ou de polyamide inscrits aux listes. Toutefois, aucune étude soumise ne permet de comparer adéquatement l'efficacité de Restore Interface^{MC} et de Restore Interface flex^{MC} à celle de comparateurs jugés pertinents pour ce qui est de la réduction de la douleur lors des changements de pansements. L'INESSS juge essentiel d'avoir des données comparatives contre un pansement interface déjà inscrit aux listes, et ce, pour l'indication qui lui est reconnue.

Ainsi, l'INESSS est d'avis que les pansements de la gamme Restore Interface^{MC} et Restore Interface flex^{MC} ne satisfont pas au critère de la valeur thérapeutique pour faciliter le traitement des personnes souffrant de brûlures graves très douloureuses.

RECOMMANDATION

En conséquence, l'INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire le format de 20 cm x 30 cm – 600 cm² de Restore Interface^{MC} et les formats de 10 cm x 12 cm – 120 cm² et de 15 cm x 20 cm – 300 cm² de Restore Interface flex^{MC} sur les listes de médicaments, car ils ne satisfont pas au critère de la valeur thérapeutique.

Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées.

Veillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le fabricant et qui sont jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).